


Âncora Goldteck em PEEK

Registro ANVISA Nº 80371250017



Código (REF)	Diâmetro	Comprimento	Quant. de Fios
PGOLPK002	4,0 mm	16 mm	1 Fio USP Nº 2
PGOLPK003	4,5 mm	16 mm	2 Fios USP Nº 2
PGOLPK004	5,0 mm	16 mm	2 Fios USP Nº 2
PGOLPK005	5,3 mm	17 mm	3 Fios USP Nº 2
PGOLPK006	5,6 mm	17 mm	3 Fios USP Nº 2

Os fios de sutura das âncoras Goldteck são fabricados em polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE.



+55 51 3272 2000

Rua Doutora Maria Augusta Generoso Estrela, 1060
ZIP CODE 91180-200 - Porto Alegre - RS - Brazil.

www.bioteckimplants.com

Indicações e Finalidades:

Procedimentos Cirúrgicos Abertos

Ombro:

1. Reparação da lesão "SLAP";
2. Auxiliar na reparação da lesão do manguito rotador;
3. Tenodese do cabo longo do bíceps;

Cotovelo:

1. Sutura do tendão do bíceps;
2. Reparação da epicondilite ("cotovelo de tenista");
3. Reparação das lesões agudas dos ligamentos colaterais;
4. Reconstrução dos ligamentos colaterais;

Pé e Tornozelo:

1. Reparação / reconstrução do tendão de Aquiles;
2. Estabilização dos ligamentos laterais;
3. Estabilização do ligamento medial;
4. Reconstrução do Hallux Valgus;
5. Reconstrução metatársica;

Joelho:

1. Reparação do ligamento colateral interno;
2. Reparação do ligamento colateral externo;
3. Sutura da cápsula articular da tibia proximal anterior;
4. Reparação do ligamento oblíquo posterior ou da cápsula articular da tibia;
5. Reconstrução extra-capsular/tenodese da banda iliotibial;
6. Reparação de avulsões do tendão patelar;

Procedimentos Cirúrgicos Artroscópicos

Ombro:

1. Reparação da lesão "SLAP";
2. Auxiliar na reparação da lesão do manguito rotador;
3. Procedimentos de revisão nas falhas de cirurgias prévias;

Contatos



www.bioteckimplants.com

Distribuidor